

ФГУП НПО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА»

ТОПЛИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

№	Наименования изделия	Цена	
		без НДС	с НДС
1	ТВЗ-Э - аппарат для экспресс-анализа температуры вспышки в закрытом тигле для обеспечения методики ASTM-D3828 и ISO3680	79600	93928
2	ТВЗ-П -полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методикой изложенной в ISO 2719 и ГОСТ 6356-75	72100	85078
3	ТВО-П -полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методикой изложенной в ISO 2592 и ГОСТ 4333-87	67800	80004
4	ТВЗ - аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38. 110487 для обеспечения методики ГОСТ 6356 и ИСО 2719(А)	69200	81656
5	ТВО - аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ТУ. 38. 110488 для обеспечения методики ГОСТ 4333 и ИСО 2592	55700	65726
6	ЛЗН-75М - аппарат для определения текучести и застывания нефтепродуктов, для испытаний в соответствии с методиками по ГОСТ 20287-91, в лабораториях НПЗ, НИИ и др.	56500	66670
7	ЛВП-М - аппарат для определения максимальной высоты не коптящего пламени по ТУ 4321-102-001516-96 для обеспечения методики ГОСТ 4338	47400	55932
8	ПАФ - аппарат для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив по ТУ 38.44710263 для обеспечения методики ГОСТ 22254	145000	171100
9	МП – 1 - аппарат для определения содержания масел в твердых парафинах по ТУ 38.110259 для обеспечения методики ГОСТ 9090(А)	84000	99120
10	ТСРТ-2М - аппарат для оценки термоокислительной стабильности реактивных топлив по АИП 2.848.002 ТУ по методике ГОСТ 11802-88	195700	230926

БИТУМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

1	ВУБ – 1Д - аппарат для определения условной вязкости битумов по ТУ 38. 110210 для обеспечения методики ГОСТ 11503 и ГОСТ Р 52128	64000	75520
---	---	-------	-------

СМАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

1	АСМ - аппарат предназначен для проведения испытания по методике ГОСТ 19199-73. Масла смазочные. Метод определения антикоррозионных свойств. Применяется в лабораториях НПЗ, НИИ и других организациях, использующих нефтепродукты.	105800	124844
2	ДК-НАМИ-М1 - прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел предназначен для обеспечения испытаний по методикам ГОСТ 11063-77 и ГОСТ 20502-75, в лабораториях НПЗ, НИИ и др.	275900	325562

3	АПСМ- 1М - аппарат для определения стабильности масел против окисления по ТУ 38. 110283 для обеспечения методики ГОСТ 981	170800	201544
4	ВУ-М - аппарат для определения условной вязкости по АЖЦ 2.842.013. ТУ для обеспечения методики ГОСТ 6258	94700	111746
5	Плоская измерительная ячейка - для определения тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости, удельного объемного электрического сопротивления по ГОСТ 6581	25000	29500

ТОПЛИВНАЯ И СМАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

№	Наименования изделия	Цена	
		без НДС	с НДС
1	АКДМ - аппарат для определения коррозионного действия на металлы по методикам ГОСТ 6321 (ИСО2160), ГОСТ 2917	140400	165672
2	АРНС-Т - аппарат для разгонки светлых и темных нефтепродуктов предназначен для обеспечения проведения испытаний в соответствии с методиками, изложенными в ГОСТ 2177-99, в лабораториях НПЗ, НИИ и др.	68000	80240

Дополнительное оборудование

№	Наименования изделия	Цена	
		без НДС	с НДС
1	Машина для сухого льда – БОЗ 6.399.001	12750	15045
2	Комплект поставки для реализации метода Б ГОСТ 20287-91 «НЕФТЕПРОДУКТЫ. Методы определения температур текучести и застывания».	27000	31860